

# 除颤仪选型、配置及技术参数

1. 半自动体外除颤仪（AED）应具备良好的除颤功能，以满足急救需求。
2. 除颤仪配件要齐全，包含外壁柜和便携包。
3. 技术参数

产品名称	半自动体外除颤仪（AED）。
除颤模式	半自动放电。自动分析患者心律，放电环节需手动按放电键。
配套配件	外壁柜，便携包。
外壁柜	报警功能：声光报警。机柜材质：镀锌钢板。机柜尺寸： $\geq 40 \times 36 \times 13.5$ (CM)
便携包	包装材质：牛津布。包尺寸： $\geq 34 \times 26 \times 10$ (CM)。
电池	锂电池，电池容量 $\geq 4200\text{mAh}$ ，有效期 $\geq 3$ 年。
电极片	有效期 $\geq 3$ 年。
能量输出	最大输出能量 360J。
波形技术	双相波。具有成人和儿童模式，可以按一键按钮进行切换。
操作指引	语音导航/指示灯提示。
设备操作语言种类选择	设备提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求。
防护等级	主机防尘防水级别达到 $\geq IP55$ 。
自检功能	除颤仪具有自检功能。设备自检功能支持每日自检。
除颤仪重量	设备重量 $\geq 1.5\text{kg}$ 。
认证要求	取得国家药品监督管理局三类医疗器械注册证。符合国

	际通用体外除颤仪性能标准：IEC60601-2-4。
除颤仪质保期	≥1 年。